

レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」 Letrozole

溶出試験

 日本ケミファ株式会社

溶出試験

[方法] 日局溶出試験法 パドル法

試験条件：回転数50rpm

試験液：pH1.2 pH5.0 pH6.8 水

判定基準：

回転数	試験液	判定時間	判定基準
50rpm	pH1.2	15分	試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある
	pH5.0	15分	
	pH6.8	15分	
	水	15分	

[結果] すべての試験液において判断基準を満たし、標準製剤と類似性を有することが確認された。(Lot.No. N0306A)

